

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

РЕШЕНИЕ №РД-15-121/09.10.2019 г.

за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения“ „Наследство БГ“, открита с Решение № РД-15-102 от дата 12.08.2019 г. и уникален № в РОП 01928-2019-0005 с прогнозна стойност от 131 772,50 лв. без ДДС

ПРЕКРАТЯВАМ:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 195 от ЗОП, прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ по проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения“ „Наследство БГ“, открита с Решение № РД-15-102 от дата 12.08.2019 г. и уникален № в РОП 01928-2019-0005, поради установени нарушения при откриването ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Мотиви: В хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка с горния предмет са установени неточности в утвърдената Техническа спецификация – част от документацията за обществената поръчка, чието отстраняване би променило условията, при които е обявена процедурата, а именно: установена е необходимост от корекция на част от некоректно зададени минимални изисквания към техниката – предмет на поръчката, посочени в Техническата спецификация, като например: за Скенер за дигитализация на книги е посочено изискване по отношение на максималната дебелина на оригиналите „25 cm или 50 cm“, вместо „от 25 cm до 50 cm“, което е коректното изискване; за Скенер за дигитализация на книги е посочено изискване по отношение на максимално тегло на оригиналите „25 kg или 40 kg“, вместо „от 25 kg до 40 kg“, което е коректното изискване, и др. Освен това, в хода на провеждане на процедурата е установено противоречие между утвърдената Техническа спецификация и образаца на Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя – част от документацията за обществената поръчка, а именно: по отношение на Стан Книговезки в Техническата спецификация са поставени изисквания за височина от 63 cm и за разстояние от 60 cm, докато в утвърдения образец на Предложението за изпълнение на поръчката е посочено минимално изискване от 63 cm по отношение на параметъра „разстояние“ и липсва информация относно минимално изискване по параметъра „височина“. Към настоящия момент е невъзможно извършването на промени в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие с цел осигуряване на законосъобразност на процедурата и отстраняване на допуснатите пропуски, касаещи

основни елементи на техниката – предмет на процедурата. От друга страна, неотстраняването им би довело до нарушаване на редица разпоредби на ЗОП, както и на основните му принципи, визирани в чл.2, ал. 1, т. 1 - 4: „равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция; пропорционалност, публичност и прозрачност“.

Предвид изложеното, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 195 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, същата следва да бъде прекратена.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, б. „д“ от ЗОП.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр. София 1000, бул. „Витоша“ № 18

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата, по някой от посочените в чл. 43, ал. 2 от ЗОП начини.

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува в Профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

Връзка към електронната преписка в Профил на купувача:
http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=64718

Директор на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“:

ДОЦ. Д-Р КРАСИМИРА СТОЙЧЕВА АЛЕКСАНДРОВА

